

## 小中学校サーモグラフィーカメラセット購入仕様書

### 1 納入場所及び数量

町立小中学校

7セット（各校1セットずつ）

### 2 納入期限 令和3年8月31日(火)

### 3 仕様

製品仕様は、以下のとおりとする。

項目	仕様
使用環境	10℃～45℃
精度	±0.3℃
測定範囲	32℃～42℃
測定距離	3m
測定時間	1秒以内
警告機能	設定した数値を超える体表面温度を検知した場合、色と音声による警告機能を有すること。なお警告する言葉の変更及び警告を出す基準温度の変更が可能であること。
温度校正	自動校正可能であること。起動後5分程度で設置環境に合わせた補正を行い、測定が行えること。基準光源は本体に内蔵していること。
同時測定人数	10人以上の同時体温測定が可能であること。
その他測定機能	マスク着用でも体温を検出できること。
顔認証機能	顔認証が可能であり、50,000人程度の登録が可能であること。
データ記録	内蔵メモリによるデータ保存、及びUSBメモリによる外部出力が可能であること。
機器の形状	カメラと管理PC(一体のため、タブレット型が望ましい)はスタンド等の使用により、一体として、使用できる形状のものとする。スタンドはキャスター付きであること。
ディスプレイ	ディスプレイは15.6インチ程度を有し、FULLHDで表示できること。また、タッチパネルによるディスプレイ操作が可能であること。
外部出力	HDMI出力等により外部モニターによる音声・映像出力が可能であること。

電源	DC12V、AC100V コンセントで使用できること。
その他(付属品)	導線誘導標（コーン：210×210×320 4個、コーンバー：約1.5～3m（2段伸縮式）2本）、視線誘導標、使い方動画DVD
参考型番	内田洋行 8-700-0402-S（スクールセット）同等品以上

#### 4. その他

- ・納品の際には、納入先の学校の指示に従って設置すること。発生した梱包材等のごみに関しては、納入業者が処分を行うこと。ただし、納入先の学校において梱包材等を必要とする場合は処分の必要はない。
- ・その他、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときには、教育総務課と協議し、その指示によることとする。
- ・連絡先  
琴浦町教育総務課 電話：0858-52-1160